

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ - 226010

दूरभाष संख्या : 0522- 4087600

फैक्स संख्या : 0522-4087602

जेडओएल/टेक/स्टोर/147/ 258
सेवा में

दिनांक 07.08.2017

संलग्नक के अनुसार

निविदा आमंत्रण सूचना

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ की प्रयोगशाला हेतु पी. एच. मीटर, कंडक्टिविटी मीटर एवं टर्बिडिटी मीटर (प्रत्येक 01 नं.) क्रय करने के लिए निम्नानुसार निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं-

SPECIFICATIONS OF PH METER

<u>Type</u>	:	<u>Bench Type model</u>
PH Range	:	0 to 14 pH
Resolution	:	0.001 pH
Stability	:	0.002pH per hour
Relative Accuracy	:	±0.002 pH ±1 Digit
Slope	:	85% to 115%
Calibration	:	2 / 3/5 points
Standard Buffers (NIST) Standard	:	1.0679, 4.004, 7.000 or 9.183.12.454
Buffer Deviation user buffers	:	+0.5 pH 0-14 (Value enter by numerical digit)
MV Range	:	0 to ±1999.9 mV
Resolution	:	0.1mV
Accuracy	:	±0.5mV ±1 Digit
Temperature	:	
Compensation	:	Auto

Range	:	0 to 99.9° C
Resolution	:	0.1° C
Accuracy	:	±0.5° C ±1 Digit 2
Display	:	Line 20 character alphanumeric LCD
Power	:	230V AC +10%, 50Hz.
Accessories	:	<ul style="list-style-type: none"> i) pH Electrode (Combined) ii) Temperature Probe (PT-100 Sensor) iii) Electrode Stand & Clamp

* *Warranty : 02 years from the date of installation*

SPECIFICATIONS OF CONDUCTIVITY METER

<u>Type</u>	<u>Bench Type model</u>
Conductivity Range	: 0.1µs to 100mS (6 decadic ranges)
Accuracy	: ±1% of F.S. ±1 Digit
Resolution	: 0.001 µs
Temperature Range	: 0°C to 100°C (Auto)
Resolution	: 0.1°C
Accuracy	: ±0.2 °C ± 1 Digit
Cell Constant	: Acceptable from 0.1 to 5.0
Auto Temp. Compensation	: 0°C to 100°C with PT 100 Sensor
Cond. Temp. Co-Efficient	: 0.0 % to 9.9%, user selectable
Display	: 7 digits, 7 segment LED'S (3 Digits for TEMP./TEMPCO 4 digits for Conductivity /TDS) With automatic decimal point selection 0.00 to 9.99 user selectable
Power	: 230V AC, ±10%, 50Hz
Accessories	: <ul style="list-style-type: none"> 1) Conductivity cell, cell constant 0.1 2) Conductivity Cell, Cell Constant 1.0 3) Temperature probe (PT.100 Sensor) 4) Stand & Clamp



* *Warranty : 02 years from the date of installation*

SPECIFICATIONS OF TURBIDITY METER

<u>Type</u>	<u>Bench Type model</u>
Turbidity:	
Range	: 0 to 1000 NTU
Accuracy	: $\pm 2\%$ of FS
Sensor	: Photo Diode
Source	: Tungsten Lamp
General:	
Display (LCD)	: 2 line*20 Char. Alphanumeric
Power	: 230 V 50Hz $\pm 10\%$ or


* *Warranty : 02 years from the date of installation*

इस संबंध में *नियम व शर्तें* निम्नानुसार है-

01. निविदाएं इस कार्यालय में दिनांक 05.09.2017 को 1.30 pm. तक या इससे पूर्व पहुँच जानी चाहिए। इस अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
02. निविदाओं को लिफाफे में अच्छी तरह मुहरबंद करें तथा निविदा क्रमांक जेडओएल/टेक/स्टोर/147 लिफाफे के ऊपर स्पष्ट लिखा हो। निविदा को डाक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को प्रेषित करने या कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाले जाने की सलाह दी जाती है।
03. निविदा दिनांक 05.09.2017 को सायं 3.00 बजे खोली जायेगी। बोर्ड एक या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
04. निविदा पर सुधार या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। गलती यदि हो जाए तो स्पष्ट रूप से काट कर उस पर हस्ताक्षर कर दिया जाए।
05. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखा जाए। दोनों में विषमता की स्थिति में शब्दों में लिखी दर को सही एवं अन्तिम माना जायेगा।


06. दिए गए दर पैकिंग, लोडिंग तथा अनलोडिंग इत्यादि को शामिल करके होना चाहिए यदि जीएसटी लागू हो तो उसकी दर अलग से दी जाए।
07. किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
08. टाइपिंग या लिपिकीय गलतियों में सुधार किया जा सकता है।

नोट: कृपया अपनी निविदा को अच्छी तरह मुहरबंद करके भेजें अन्यथा निविदा को निरस्त किया जा सकता है।


(गोविंद भगत)
अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि:

- ✓ 1. प्रभारी : कम्प्यूटर प्रभाग, के.प्र.नि.बो. दिल्ली - कृपया वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु
2. कार्यालय प्रति, आँ. कार्या. लखनऊ


अनुभाग अधिकारी