

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ - 226010

दूरभाष संख्या : 0522- 4087600

फैक्स संख्या : 0522-4087602

जेडओएल/टेक/स्टोर/147/ 265

दिनांक 07.08.2017

निविदा आमंत्रण सूचना

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ की प्रयोगशाला हेतु 02 नं. वाटर बाथ एवं 02 नं. सिक्स मेटल हीटिंग एसेम्बली क्रय करने के लिए निम्नानुसार निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं-

Specifications of Water Bath

- Construction should be provided in Double wall.
- Outer wall should be constructed with good quality mild steel and inner wall of SS 304 ISI mark.
- Temperature control should be through PID controller.
- Water circulation should be through good quality ISI mark circulating motor.
- Temperature range ambient to 100⁰C.
- Temperature accuracy $\pm 2^{\circ}$ C
- 75 mm Diameter 12 no. holes with closing lids.
- Good quality heating element for heavy duty purpose.
- Drainage system should be provided.
- Power supply: 230V, 50Hz. Single phase.

* Warranty : 02 years from the date of installation

* Required Quantity : 02 Nos.



Specification of Six Mental Heating Assembly

- Body should be good quality of MS powder coated.
- Fitted with Six no. flexible & elastic mantle and Capable of taking flask of capacity from 500ml to 1000ml.
- Temperature range ambient to 100°C.
- Thermostatic control of temperature.
- Stand with clamp capable of holding flask.

* Warranty : 02 year from the date of installation

* Required Quantity : 02 Nos.

इस संबंध में *नियम व शर्तें* निम्नानुसार है-

01. निविदाएं इस कार्यालय में दिनांक 05.09.2017 को 1.30 pm. तक या इससे पूर्व पहुँच जानी चाहिए। इस अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
02. निविदाओं को लिफाफे में अच्छी तरह मुहरबंद करें तथा निविदा क्रमांक जेडओएल/टेक/स्टोर/147 लिफाफे के ऊपर स्पष्ट लिखा हो। निविदा को डाक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को प्रेषित करने या कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाले जाने की सलाह दी जाती है।
03. निविदा दिनांक 05.09.2017 को सायं 3.00 बजे खोली जायेगी। बोर्ड एक या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
04. निविदा पर सुधार या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। गलती यदि हो जाए तो स्पष्ट रूप से काट कर उस पर हस्ताक्षर कर दिया जाए।
05. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखा जाए। दोनों में विषमता की स्थिति में शब्दों में लिखी दर को सही एवं अन्तिम माना जायेगा।



06. दिए गए दर पैकिंग, लोडिंग तथा अनलोडिंग इत्यादि को शामिल करके होना चाहिए यदि जीएसटी लागू हो तो उसकी दर अलग से दी जाए।

07. किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।


08. टाइपिंग या लिपिकीय गलतियों में सुधार किया जा सकता है।

नोट: कृपया अपनी निविदा को अच्छी तरह मुहरबंद करके भेजें अन्यथा निविदा को निरस्त किया जा सकता है।

(गोविंद भगत)
अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि:

- ✓ 1. प्रभारी : कम्प्यूटर प्रभाग, के.प्र.नि.बो. दिल्ली - कृपया वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु
2. कार्यालय प्रति, ऑ. कार्या. लखनऊ


अनुभाग अधिकारी

र